

CONSULTA PRELIMINAR AL MERCADO

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CENTRAL DE MONITORIZACIÓN CON 4 MONITORES PARA LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES DEL HOSPITAL SAN PEDRO DE ALCÁNTARA DEL ÁREA DE SALUD DE CÁCERES

Estando la Gerencia del Área de Salud de Cáceres interesada en contratar el **SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CENTRAL DE MONITORIZACIÓN CON 4 MONITORES PARA LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES DEL HOSPITAL SAN PEDRO DE ALCÁNTARA DEL ÁREA DE SALUD DE CÁCERES**, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014 sobre contratación pública, se procede a efectuar una consulta preliminar al mercado a fin de que, a la vista del borrador de Pliego de Prescripciones Técnicas, las empresas interesadas en esta contratación pueda efectuar **alegaciones, observaciones o puntualizaciones que estimen oportunas tanto de cuestiones técnicas como de precio**

Estas observaciones o informaciones no afectarán a la libre competencia, ni a los principios de no discriminación o de transparencia, y podrán ser tenidas en cuenta por este órgano de contratación a la hora de elaborar y diseñar el Pliego de Prescripciones Técnicas definitivo.

A estos efectos, la Gerencia del Área de Salud de Cáceres tomará las medidas apropiadas para garantizar el mantenimiento de los indicados principios tanto en el desarrollo de esta consulta como en el ulterior procedimiento de contratación.

Para el cumplimiento de esta fase voluntaria de consulta previa, los interesados podrá acceder al archivo adjunto y presentar sus alegaciones **hasta las 12:00 horas del próximo día 1 de septiembre de 2017**, enviándolas a la dirección de correo electrónico **uconadm.caceres@salud-juntaex.es**, identificando el expediente y la empresa proponente.

BORRADOR
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN
MARCHA DE CENTRAL DE MONITORIZACIÓN
CON 4 MONITORES PARA LA UNIDAD DE
CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES DEL
HOSPITAL SAN PEDRO DE ALCÁNTARA DEL
ÁREA DE SALUD DE CÁCERES

1. OBJETO DEL CONTRATO

Será objeto de este contrato la **SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CENTRAL DE MONITORIZACIÓN CON 4 MONITORES PARA LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES DEL HOSPITAL SAN PEDRO DE ALCÁNTARA DEL ÁREA DE SALUD DE CÁCERES**, conforme se detalla a continuación:

2. PRECIO MÁXIMO DE LICITACIÓN (IVA INCLUIDO): 41.650,00 EUROS

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS A SUMINISTRAR

MONITORIZACIÓN PARA LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES DEL HOSPITAL SAN PEDRO DE ALCÁNTARA DE CACERES

- Monitores multiparamétricos por módulos.
 - Pantalla gráfica táctil color de 15"- 17"
 - Con al menos 6 canales
 - Que permita abrir ventanas para configurar parámetros, continuando la monitorización visible.
 - Luz regulable con la iluminación ambiental
 - Módulos:
 - 1. ECG, frecuencia cardiaca
 - 1.-Frecuencia respiratoria
 - 2.Temperatura central y periférica
 - 2. Saturación O2 masimo (para Sat. pre y post ductal)
 - 1.-Presión arterial no invasiva
 - 1.Presión arterial invasiva
 - Alarmas
 - Operativas desde el inicio de la monitorización
 - Visuales y auditivas, de intensidad regulable,
 - Tendencias
 - Posibilidad de almacenar tendencias
 - Conectividad a estación de monitorización central
 - Batería
 - Posibilidad de conexión a impresora.

ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN CENTRAL PARA LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES DEL HOSPITAL SAN PEDRO DE ALCÁNTARA DE CÁCERES:

- Pantalla de alta resolución panorámica de 19-22”, color, con interfaz interactiva.
- Conexión de al menos 6 pacientes
- Alarmas sonoras y visuales con configuración bidireccional.
- Envío de informes a impresora o almacenarlos en PDF
- Registro de curvas fisiológicas: ECG, Respiración, Presión
- Registro de parámetros fisiológicos: Frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, Temperatura y Saturación O₂
- Alarmas de parámetros de arritmias y apneas
- Almacenamiento/revisión de curvas y tendencias de al menos 12 horas, para cada paciente
- Teclado y ratón